

Національний науковий центр «Інститут метрології» планує проведення міжлабораторних звірень наступних засобів вимірювальної техніки:

Найменування категорії (засобу) вимірювальної техніки	Метрологічні характеристики		Вартість за 1 учасника, грн.	Примітка
	Діапазон	Похибка (абсолютне значення)		
1	2	3	4	5
Мірники	всіх місткостей	1-й розряд	5000	
Контактні термометри	від 50 °С до 500 °С	Від 0,05 °С до 0,4 °С	5500	
Секундомір механічний	Від 1 с до 60 с	клас точності 2,0	2700	
Мультиметр	U _~ від 0,1 мкВ до 1000 В U _~ до 750 В I _~ від 10 мА до 3 А I _~ від 1 А до 3 А R від 100 мкОм до 100 МОм	0,002 % 0,05 % 0,03 % 0,1 % 0,008%	6775	
Міра опору Р310	0.01 Ом (5 А, 10 А)	клас точності 0,02	5625	
Міра опору Р310	0.001 Ом (15 А, 50 А)	клас точності 0,02	5625	
Ваттметр	0,02-17,85 ГГц	$\delta = \pm[4+0,1(P_k/P_x-1)] \%$ (0 -12 ГГц); $\delta = \pm[6+0,1(P_k/P_x-1)] \%$ (12 -17,5 ГГц)	5600	
Генератор	9 кГц до 1 ГГц	погрешність установки частоти 5×10^{-6}	6750	